

DMF EQUIPAMENTOS

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP

TEL : 31-3568-0352

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE – MG

PREGÃO: 17/2022

A EMPRESA DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI, CNPJ: 21.985.193/0001-57 , COM SEDE A RUA NAIR PENTAGNA GUIMARAES 174 B – HELIOPOLIS BH – MG , POR SER REPRESENTANTE SENHOR DANIEL MONTEIRO DE FREITAS ,CPF: 094.865.286-16 , COM RESIDENCIA A RUA DESEMBARGADOR AFONSO LAGES 289 AP 301, DONA CLARA BH – MG. VEM APRESENTAR

CONTRARRAZÃO DE RECURSO APRESENTADO DO PREGÃO PRESENCIAL: 17/2022

DEFESA DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA “ODONTOWAT EQUIPAMENTOS “ CNPJ: 07.794.460/0001-88

DOS FATOS:

PARTICIPAMOS O REFERIDO PREGÃO, ONDE SAÍMOS VENCEDORES DE ALGUNS ITENS, REFERENCIADO ESPECIFICAMENTE O ITEM 01 – CADEIRA ODONTOLÓGICA .

A EMPRESA MENCIONADA ACIMA ALEGA EM SEDE DE RECURSO QUE NOSSA EMPRESA NÃO APRESENTOU EQUIPAMENTO QUE ATENDA AO TERMO DE REFERENCIA.

ACREDITAMOS QUE O DESCONTENTAMENTO DA DERROTA NÃO POSSA PREJUDICAR A INDOLE E O CARATER DOS ENVOLVIDOS, E NSSA SITUAÇÃO ESPECIFICA VEMOS INTERESSE DESESPERADO DA EMPRESA RECORRENTE EM TUMULTUAR O PROCESSO, E DESACREDITAR TODO O SERVIÇO REALIZADO PELA NOSSA EMPRESA E PELA COMISSÃO TÉCNICA AVALIADORA.

ENVIAMOS FOLDER E CATALOGOS ANEXOS A PROPOSTA, E NELES É CRISTALINO O ENTENDIMENTO QUE O PRODUTO OFERTADO PELA NOSSA EMPRESA ATENDE EM TOTALIDADE O EXIGIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO PRESENTE EDITAL.

TAL RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE SOAM COMO AFRONTA A TODOS NÓS, UIMA VEZ QUE A EMPREA ESTÁ DUVIDANDO DO PROFISSIONALISMO E CAPACIDADE TÉCNICA DESTA COMISSÃO EM AVALIAR OS REQUISITOS MINIMOS DE ATENDIMENTO AO EDITAL.

AO NOSSO VER A EMPRESA RECORRENTE SÓ QUER TUMULTUAR O PROCESSO, CAUSANDO STRESS E ATRASOS NO PROCESSO, POR UMA QUESTÃO UNICAMENTE DE CAPRICHOS E DESCONTENTAMENTO COM A DERROTA.

ANEXAREMOS NESTA DEFESA, NOVAMENTE O MESMO FOLDER E CATÁLOGO APRESENTADO EM SEDE DE PROPOSTA NO DIA DO CERTAME, ONDE SE VERÁ NITIDAMENTE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS.

NÃO PODEMOS ACEITAR QUE A CONCORRENTE COMPARE O EQUIPAMENTO COM OUTRA MARCA CONCORRENTE, ESTA DISCURSÃO NÃO CABE NO MOMENTO.

JAMAIS IRIAMOS FORNECER PROPOSTA FALSA, EM DESACORDO COM O EDITAL. ATÉ POR QUE DEVEMOS PRESTAR DECLARAÇÕES E DOCUMENTAÇÕES.

FORA APONTADO COMO IRREGULARIDADE OS ITENS ABAIXO

ITEM - 01 CUSPIDEIRA SEM SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO

ITEM -02 REFLETOR OFERTADO NÃO É DE LED

FAVOR VERIFICAR O CATÁLOGO APRESENTADO ANEXO, É NITIDO A INFORMAÇÃO

DMF EQUIPAMENTOS

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP

CNPJ: 21.985.193/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.519.242.0008 RUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃES Nº 174 – LOJA B / BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS CEP:31.741-545 E-mail : dmfequipamentos@gmail.com - -

www.dmfequipamentos.com.br

TEL : 31-3568-0352

DMF EQUIPAMENTOS

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP

TEL : 31-3568-0352



Tubulação totalmente embutida com caixa de coleta incorporada ou externa.



Segundo sugador e seringa tripla incorporados à unidade auxiliar.



Sensor de aproximação com temporizador eletrônico de alta sensibilidade.

SISTEMA DE APROXIMAÇÃO COM TEMPORIZADOR (ITEM 01) PLENO ATENDIMENTO



Refletor Prime CX249-24 com 12 (doze) LEDs de alta potência (100.000 lux) 04 cores de ajuste de temperatura - de 4000 a 6000k, (Cor amarela).



Refletor com lampada Halôgena com pega mão duplo autoclaváveis e proteção tipo bolha.



Filtro regulador de ar com drenagem automática.

REFLETOR DE LED DE ATÉ 12 LEDS, TEMOS VARIOS MODELOS A OFERTAR (ITEM 02) PLENO ATENDIMENTO

IREMOS OFERTADO O EQUIPAMENTO TOTALMENTE ADEQUADO A PROPOSTA POR NÓS FIRMADA, INCLUSIVE PODERÁ SER ALVO DE VISTORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO É DA INDOLE DA NOSSA EMPRESA FORNECER PRODUTO EM DESACORDO COM O QUE FOI PROPOSTO, NÃO ACEITAMOS TAL CONDUTA.

DOS PEDIDOS

SENDO ASSIM, NÃO VEMOS RAZÃO ALGUMA PARA PROSPERAR O RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA DERROTADA, NOSSO PRODUTO ATENDE SIM A TODAS AS EXIGÊNCIAS DEFINIDAS, SATISFAZENDO NA TOTALIDADE AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE – MG.

SOLICITAMOS PORTANTO A NÃO ACEITAÇÃO DO RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE, E QUE O PROCESSO POSSA SEGUIR SEU CURSO O MAIS BREVE POSSIVEL.

CASO NÃO SEJA ACATADA NOSSA DEFESA, EXIGIMOS QUE SEJA ENCAMINHADO OS AUTOS PARA AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE PARA PROVIDENCIAS JURIDICAS CABIVEIS.

ANTES EXPOSTO AGRADEÇEMOS E AGUARDAMOS POSIÇIONAMENTO

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS:09486528616

Digitally signed by DANIEL MONTEIRO DE FREITAS:09486528616
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31171733000112, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CPF A1: 09486528616, ou=EM BRANCO, ou=videcoordenacao, cn=DANIEL MONTEIRO DE FREITAS:
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.07 12:38:23-0300
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS

CPF: 094.865.286-16

RG: MG15.644.216

BELO HORIZONTE – MG 07/06/2022

21.985.193/0001-57
DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI –
EPP
R. NAIR PENTAGNA GUIMARAES 174
B. HELIOPOLIS – CEP: 31.741-545
BELO HORIZONTE - MG

DMF EQUIPAMENTOS

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI - EPP

CNPJ: 21.985.193/0001-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002.519.242.0008 RUA NAIR PENTAGNA GUIMARÃES Nº 174 –
LOJA B / BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS CEP:31.741-545 E-mail : dmfequipamentos@gmail.com --

www.dmfequipamentos.com.br

TEL : 31-3568-0352

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Linha Prime Tradição e Excelência em Odontologia


Dentemed
equipamentos odontológicos



Consultórios Odontológicos Magnus Prime



Refletor Led, com sensor e intensidade gradual.

Braço do equipo com travamento Pneumático ou Manual (Manopla).

Unidade auxiliar para até 3 sugadores de alta potência e seringa tríplice.

Estofamento em poliuretano injetado de alta densidade.

Regulagem externa de ar e água para comodidade do profissional

Joystick.

Exclusivo sistema de instalação com caixa de ligação integrada (Interna) ou Externa a estrutura da cadeira.

Posições de trabalho, volta zero e Trendelenburg.



Opcional: Pedal multifuncional externo ou acoplado com todas as funções da cadeira

TAMBÉM NA OPÇÃO CART



Consulte opcionais disponíveis conforme sua necessidade



RMS Anvisa 80349600007

Características Principais: Consultórios Odontológicos Dentemed

Cadeira Odontológica Prime:

Comando da cadeira em pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick; 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Encosto de cabeça com regulagem (Cabeceira); Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização; Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 135kg. Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO); A carga de Trabalho de Segurança (Carga Máxima de levantamento da cadeira (Paciente + acessórios e partes acopladas) é de 200 kg.



Equipo Prime Flex

Tipo Flex acoplado a cadeira com braços articuláveis com movimento horizontal e movimento vertical com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos.

Mesa em plástico resistente (proteção UV), com 03 terminais, sendo Seringa triplice, com bico removível e autoclavável, terminais Bordem para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45o, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.


Equipo Prime Cart

Tipo Cart sobre rodas, pedestal em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno, móvel com quatro rodízios. Mesa em plástico resistente (proteção UV), com 03 terminais, sendo Seringa triplice, com bico removível e autoclavável, terminais Bordem para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45o, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis



Unidade Auxiliar Prime:

- Estrutura em aço resistente revestida em plástico (ABS/PBT) resistente com proteção UV;
- Estrutura em metal resistente com pintura lisa em branco dental;
- Cuba porcelana ou cerâmica, removível de altíssima resistência;
- Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis;
- Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.



Refletor Prime

O refletor de led possui luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizada através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando melhor higiene. Possui manopla removível para facilitar a esterilização

Opcionais



Braço Flex com travamento pneumático.



Bandeijas autoclaváveis em inox.



Cabeceira Multiarticulada com posição infantil, PCD e cadeirante.



Braços laminados rebatíveis e escamoteáveis com abertura completa.



Pedal multifuncional fixo ou móvel com todas as funções da cadeira, incluindo peças de mão, refletor e cuspeira.



Terminais extras para alta rotação, fibra óptica, ultrassom piezoelétrico, jato de bicarbonato e fotopolimerizador.



Exclusivo sistema de instalação com caixa de coleta acoplada ou externa conforme necessidade do local.



Terminal com Ultrassom/ Cavitador Bordem - Scaler Magnus - RMS: 80349609003



Acionamento da água da cuspeira eletrônico temporizado no pedal ou através de sensor.



Acionamento temporizado da água da cuspeira por botão ou sensorizado por aproximação.



Reservatório de água potável e líquido bactericida de 1000ml (1litro)



Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula antiretração



Rebatimento da unidade auxiliar com movimentos de até 180 graus.



Braço assistente para até 3 sugadores, seringa tríptica ou bomba de vácuo.



Cuba em louça, porcelana, cerâmica, translúcida ou PBT super resistente.



Puxadores laterais ou puxador frontal incorporados.



Fotopolimerizador e negatoscópio acoplado, com radiômetro incorporado.



Ultrassom piezoelétrico com luz de led e jato de bicarbonato incorporado.



Negatoscópio de LED acoplado.



Sistema exclusivo de aquecimento de água da seringa tríptica.



Equipo com teclado e visor digital de função acionada.



Manômetro Incorporado.



Tubulação totalmente embutida com caixa de coleta incorporada ou externa.



Segundo sugador e seringa tríptica incorporados à unidade auxiliar.



Sensor de aproximação com temporizador eletrônico de alta sensibilidade.



Terminais extras e kits para bomba de vácuo.



Porta copos com regulagem automática.



Refletor Prime CX249-24 com 12 (doze) LEDs de alta potência (100.000 lux) 04 cores de ajuste de temperatura - de 4000 a 6000k, (Cor amarela).



Refletor com lampada Halógena com pega mão duplo autoclaváveis e proteção tipo bolha.



Filtro regulador de ar com drenagem automática.

Mocho PRATA

- 01 (uma) alavanca sublateral (regulagem longitudinal do assento).
- Encosto anatômico e assento com rebaixamento nas pernas e giratório.
- Revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras.
- Base com 5 rodízios duplos.
- Capacidade até 135 Kg.



Mocho OURO

- 02 (duas) alavancas sublaterais, (regulagem longitudinal do assento e do encosto quanto a inclinação)
- Encosto anatômico e assento com rebaixamento nas pernas e giratório.
- Revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras.
- Base com 5 rodízios duplos.
- Capacidade até 135 Kg.



Opcional com braços reguláveis



Mocho OURO CROMADO

- 02 (duas) alavancas sublaterais, (regulagem longitudinal do assento e do encosto quanto a inclinação)
- Encosto anatômico e assento com rebaixamento nas pernas e giratório.
- Revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras.
- Base cromada com 5 rodízios duplos de silicone.
- Capacidade até 250 Kg.





Autorizado Dentemed

Todos os produtos possuem certificados do Inmetro e número de registro na Anvisa tendo as suas especificações técnica no SGQ (sistema de gestão da qualidade), dentro do departamento de engenharia no controle da informação documentada.

  
@dentemedbrasil

 Rua Antonio Gravata, 136, A, Betânia
Belo Horizonte/MG - CEP 30570-040

 www.dentemed.com.br  (31) 2527-8294  (31) 99822-4806

