



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281

DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

A licitação em epigrafe se refere a compra de itens para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde como Desfibrilador externo automático (Item 01); Pares de pás adesivas (Item 02) e; Cabine gabinete compatível com o desfibrilador (Item 03).


Conforme exposto nos autos processuais, a empresa vencedora do Item 03 solicitou que fracassasse o item em questão devido a marca Termarket não ser compatível com a marca vencedora do Item 01 – Cmos Drake Life futura 400.

Considerando parecer técnico enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando 130/2022, em anexo;

Declaro o item 03 do Termo de referência desta licitação FRACASSADO pela marca vencedora não atender as exigências solicitadas.

Prefeitura Municipal de Lima Duarte, 09 de Setembro de 2022.

Fernanda Carelli da Silva
Pregoeira





Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG
Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.
Telefax: (32) 3281-1281

Memorando nº 130/2022

Do: Gabinete Secretaria Municipal de Saúde de Lima Duarte.

Para: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Lima Duarte - MG

Referência: Memorando nº 101/2022

Lima Duarte, 29 de agosto de 2022.

Prezada,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste responder a solicitação do memorando acima mencionado, através do seguinte parecer.

A Secretaria Municipal de Saúde, após conhecimento dos vencedores do Pregão eletrônico nº 07/2022 entrou em contato via e-mail (cópia anexa) com a empresa HEALTH Santa Luzia Eireli vencedora do item 3 – Cabine Gabinete compatível com DEA, solicitando algumas informações sobre a marca e especificações da cabine vencedora, não tendo até o momento a resposta e também por não conseguir localizar manual de especificações da mesma, via internet, resolvemos:

Após as análises de compatibilidades entre o Item 01 e Item 3, optamos por solicitar a comissão de licitação pelo fracasso do Item 03- Cabine Gabinete compatível com DEA (Item 01), evitando assim prejuízo a Administração Pública.

Sem mais para o momento, apresento votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Marina Amaral Goebel
Secretária Municipal de Saúde

Fernanda Carelli da Silva
Pregoeira – Comissão de Licitação



Lilian Clemente <liliansecretariasaudeld@gmail.com>

Fwd: Re: Fwd: DUVIDA - CABINE P/ DEA - LICITAÇÃO

1 mensagem

Secretaria Municipal de Saúde de Lima Duarte

<secretariadesaude@limaduarte.mg.gov.br>

Para: LILIAN ATENÇÃO À SAUDE <coordenacaoatencaobasica@limaduarte.mg.gov.br>, liliansecretariasaudeld@gmail.com

30 de agosto de 2022

11:03

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: DUVIDA - CABINE P/ DEA - LICITAÇÃO**Data:**2022-08-29 13:44**De:**Secretaria Municipal de Saúde de Lima Duarte <secretariadesaude@limaduarte.mg.gov.br>**Para:**CONTATO | HEALTH SANTA LUZIA <contato@healthsantaluzia.com.br>

Qual seria as especificações do modelo de cabine disponibilizado por vocês?

A consulta se faz necessária pois, pois a partir destas informações iremos verificar se o equipamento (DEA), vencedor do processo pode ser usado em conjunto com a cabine que vocês apresentaram.

Obrigado!

Aguardarei o retorno.

Em 2022-08-29 12:57, CONTATO | HEALTH SANTA LUZIA escreveu:

Boa tarde,

Não é esse não.

Notificar o recebimento deste.

Atenciosamente.

Camila Santos

HEALTH
SANTA LUZIA EIRELI – EPP

CNPJ: 27.602.134/0001-39 | I. EST.: 0029551670000

Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinha, 940 – Loja 02 – Adeodato

CEP: 33.010-360 – Santa Luzia / MG

Telefone: (31) 3642-1205 - E-mail: contato@healthsantaluzia.com.br

Confidencialidade: A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados. Muito obrigado.

Aconselhamos antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente. Só imprima se necessário. Pense no longo prazo e viva de maneira inteligente e sustentável.

secretariadesaude@limaduarte.mg.gov.br

Rua: José Virgílio, 23, Centro - 36140-000 - Lima Duarte, MG



Nome

Secretaria Municipal de Saúde de Lima Duarte



(32) 3281-1440 | (32) 99993-9717

secretariadesaude@limaduarte.mg.gov.br

Rua: José Virgílio, 23, Centro - 36140-000 - Lima Duarte, MG



Nome

Secretaria Municipal de Saúde de Lima Duarte

(32) 3281-1440 | (32) 99993-9717



secretariadesaude@limaduarte.mg.gov.br

Rua: José Virgílio, 23, Centro - 36140-000 - Lima Duarte, MG